

NOMBRE DEL SOLICITANTE DEL SERVICIO: ANA MARIA ZURITA RAMOS		FOLIO: PFC.C.A.2-0000319/2017
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE UBICAN LOS INSTRUMENTOS: FIRE LATE, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO DONDE SE UBICAN LOS INSTRUMENTOS: EMPARAN #290		
UBICADO ENTRE CALLES:		
COLONIA: CENTRO	C.P. 91700	MUNICIPIO O DELEGACION: VERACRUZ
ENTIDAD: VERACRUZ	R.F.C. FLA910320589	GIRO COMERCIAL: BASCULA PUBLICA

**DICTAMEN DE VERIFICACIÓN PARA AJUSTE POR CALIBRACIÓN DE BÁSCULAS (DVACB1).**

ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN PARA AJUSTE POR CALIBRACIÓN DEL (LOS) INSTRUMENTO(S) DE MEDICIÓN DEL ESTABLECIMIENTO QUE SE INDICA, PREVIO PAGO DE LA(S) TARIFA(S) AUTORIZADA(S) POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, VIGENTE(S) A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DE 2013 Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 10,11,14,15,16,17,18,19,20, 40 FRACCIÓN IV, 52,56,57,95 Y 96 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.

BASCULA MARCA	SERIE	ALCANCE MAXIMO	DIVISION MINIMA	No DE DIVISIONES	CLASE DE EXACTITUD	PRUEBA DE EXACTITUD		DIFERENCIA	EMT $\pm$	PRUEBA EXCENTRICIDAD		DIFERENCIA	EMT $\pm$	PRUEBA DE REPETIBILIDAD		DIFERENCIA	EMT $\pm$	RESULTADO	FLEXOGRAMA O SELLO NARANJA
		(ALC. MAX)	(e)	ALC. MAX/(n)		PESO ASIGNADO	PESO OBTENIDO			PESO ASIGNADO	PESO OBTENIDO			PESO ASIGNADO	PESO OBTENIDO				
RICE-LAKE	1744000074	80000 kg	10 kg	8000e	MEDIA	8010 kg	8010 kg	0 kg	20 kg	27000 kg	27000 kg	0 kg	30 kg	30000 kg	30000 kg	0 kg	30 kg	CALIBRADO	P0000740
RICE-LAKE	1744000182	120000 kg	20 kg	6000e	MEDIA	10020 kg	10020 kg	0 kg	40 kg	27000 kg	27000 kg	0 kg	40 kg	30000 kg	30000 kg	0 kg	40 kg	CALIBRADO	P0000740
SAI	7425-3123	200000 kg	50 kg	4000e	MEDIA	10050 kg	10050 kg	0 kg	50 kg	20000 kg	20000 kg	0 kg	50 kg	30000 kg	30000 kg	0 kg	100 kg	CALIBRADO	P0000741
SAI	7425-3125	200000 kg	50 kg	4000e	MEDIA	10050 kg	10050 kg	0 kg	50 kg	20000 kg	20000 kg	0 kg	50 kg	30000 kg	30000 kg	0 kg	100 kg	CALIBRADO	P0000740
SAI	7425-3734	200000 kg	50 kg	4000e	MEDIA	10050 kg	10050 kg	0 kg	50 kg	20000 kg	20000 kg	0 kg	50 kg	30000 kg	30000 kg	0 kg	100 kg	CALIBRADO	P0000742

*[Handwritten signature]*

DEL CONSUMIDOR



"LA VALIDEZ DE LA VERIFICACIÓN SE PIERDE CUANDO EL USUARIO NO CUENTE CON EL DICTAMEN DE VERIFICACIÓN QUE AVALA QUE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN HA SIDO VERIFICADO, POR LO QUE DEBERÁ PRESENTARSE CUANDO PERSONAL ACREDITADO POR LA PROFECO LO SOLICITE"

IMPORTANTE : EL SERVICIO REALIZADO, FUE EN ATENCION A LA SOLICITUD DE CALIBRACION, DE LA CUAL USTED YA EFECTUO PREVIAMENTE EL PAGO DE DERECHOS. POR LO QUE SE CONMINA, A NO OFRECER NINGUN TIPO DE GRATIFICACION.

OBSERVACIONES: SE COLOCAN HOLOGRAMAS EN PRESENCIA DEL C-VISITADO (QUIEN FIRMA DE CONFORMIDAD DE QUE SE ACTUA CON LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA, EXHIBIENDO INFORMES DE CALIBRACION DE LOS INSTRUMENTOS PATRON UTILIZADOS PARA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ESTE DICTAMEN CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DE 2017

HORA DE INICIO: 08:05

HORA DE TERMINO: 18:30

FECHA: 02 DE MARZO DE 2017

NOMBRE Y FIRMA DEL VERIFICADOR	ATENDIÓ: NOMBRE Y FIRMA
JORGE LUIS FUENTES CAPOTIVO	

PROCURADURIA FEDERAL  
DEL CONSUMIDOR



INSTRUMENTOS PATRÓN EMPLEADOS				
CANTIDAD	INSTRUMENTO PATRÓN	CAPACIDAD	LABORATORIO	INFORME
10	TARAS PATRON	1000 kg	ISP	ISP-KU-245/16
			ISP	ISP-KU-250/16
20	TARAS PATRON	1000 kg	AK LABORATORIO	LUC-CC-0834/16
			AK LABORATORIO	LUC-CC-0834/16

01 TARA PATRON 10 kg PROFECO ILC-H-0318/16  
 02 TARAS PATRON 20 kg PROFECO ILC-H-0319/16