

Dictamen de Inspección

No. De Solicitud: AKV241049
 Fecha de Solicitud: 2024-02-08
 Fecha de realización: 2024-02-08
 Hora de Inicio: 14:25 hrs.
 Hora Final: 19:10 hrs.

Colonia: Villa Rica
 C.P.: 91800
 Estado: Veracruz
 Giro: Servicio de Pesaje al Comercio Exterior
 RFC: FLA910320589

Período: A: Anual 1S: Primer semestre 2S: Segundo semestre

No.	Clase de exactitud	Marca	Modelo	Número de serie	Alcance máximo	División mínima	Excentricidad	Repetibilidad	Exactitud	Holograma Profeco	Etiqueta UVA
1	(11)	Rice Lake	7201-2A	1912100097	120 000 KJ	20 KJ	Compl	Compl	Compl	U2024031000	1313
	Tipo de Inspección: I P E	Período: A 1S 2S	Aprobación DGN: N/A	Alcance Mínimo: 400 KJ	Inspección visual: Compl					5148	
2											
	Tipo de Inspección: I P E	Período: A 1S 2S	Aprobación DGN:	Alcance Mínimo:	Inspección visual:						
3											
	Tipo de Inspección: I P E	Período: A 1S 2S	Aprobación DGN:	Alcance Mínimo:	Inspección visual:						
4											
	Tipo de Inspección: I P E	Período: A 1S 2S	Aprobación DGN:	Alcance Mínimo:	Inspección visual:						
5											
	Tipo de Inspección: I P E	Período: A 1S 2S	Aprobación DGN:	Alcance Mínimo:	Inspección visual:						
6											
	Tipo de Inspección: I P E	Período: A 1S 2S	Aprobación DGN:	Alcance Mínimo:	Inspección visual:						
7											
	Tipo de Inspección: I P E	Período: A 1S 2S	Aprobación DGN:	Alcance Mínimo:	Inspección visual:						
8											
	Tipo de Inspección: I P E	Período: A 1S 2S	Aprobación DGN:	Alcance Mínimo:	Inspección visual:						

Juego de pesas cilíndricas: — Pesas paralelepípedas de 5 kg: — Pesas paralelepípedas de 10 kg: — Pesas paralelepípedas de 20 kg: 351-370 Pesas paralelepípedas de 1 000 kg: 61-70; 81-90

Procedimiento: PT02 Inspección de instrumentos para pesar de alto alcance PT03 Inspección de instrumentos para pesar de bajo y mediano alcance

Vehículo utilizado: Grúa Casarida APE6800; Grúa T-460 AN739AA

Material de sustitución y cantidad utilizada: Camión Grúa: 10 120 KJ; Camión Grúa: 10 300 KJ; Remolque: 10 480 KJ; Camión Grúa: 42 560 KJ

Observaciones del Inspector: —

Nombre y Firma del Representante de la Empresa: José Epifanio García Velázquez Jefe de Mantenimiento
 Nombre y Firma del Inspector: Eduardo Miguel Hernández
 Nombre y Firma del Auxiliar del Inspector: José Gracida V.

Este dictamen de inspección únicamente ampara al(s) instrumento(s) con el número(s) de serie descrito(s) con anterioridad.
 Este dictamen de inspección no podrá ser utilizado con fines publicitarios o promocionales.
 Este dictamen de inspección no puede ser reproducido sin omitir nada, sin la aprobación de la unidad de inspección y el cliente. Este dictamen de inspección no será válido si no presenta número de inspección y número de holograma Profeco y número de etiqueta de AK Verificación, S.C.